

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักพร้อมอุปกรณ์

ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด

1. ความเป็นมา

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงานภาคตะวันตก ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีความจำเป็นในการจัดหาเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด มาทดแทน เครื่องเดิมที่ใช้งานมานานมากกว่า 17 ปี ทำให้เกิดปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ทดสอบลดลง ประกอบกับในปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตเครื่องรุ่นนี้แล้ว ทำให้ไม่มีอะไหล่และอุปกรณ์บางชิ้นที่ต้องการซ่อมแซม ซึ่งทำให้ไม่สามารถสนับสนุนภารกิจหลักได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันที่เกิดเหตุร้องเรียนการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม จึงทำให้ต้องมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ทดสอบที่ดี ทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้การวิเคราะห์ทดสอบถูกต้อง แม่นยำ มีความน่าเชื่อถือและนำไปใช้แก้ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้วิเคราะห์ทดสอบปริมาณโลหะหนักในตัวอย่างน้ำ น้ำใต้ดิน ดิน อากาศ สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ไม่ใช้แล้ว

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุขอิวไนบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศสอบราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่า

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

- 3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- 3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

5. ระยะเวลาดำเนินการ

120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

งวดเดียว ภายใน 120 วัน

7. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณโครงการ 4,280,000 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

8. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุดและจะพิจารณาจากราคารวม

9. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 1 (ห้อง 101/1) เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2202-3979-80

โทรสาร 0-2354-3410

E-mail: wichuda.s@diw.mail.go.th

วิชุดา สังข์วนิช

รายละเอียดคุณลักษณะ เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักและธาตุอื่นๆ โดยใช้หลักการวัดค่าการคายคลีนแสง ใช้สำหรับหาปริมาณโลหะหนักในตัวอย่างน้ำ อากาศ ดิน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว (ในรูปของสารละลาย) ที่ละหลายธาตุในหนึ่งขั้นตอนของการฉีดเข้าเครื่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1. ความสามารถในการวิเคราะห์

- 1.1.1. สามารถวิเคราะห์หาปริมาณธาตุได้ไม่น้อยกว่า 70 ธาตุในระดับความเข้มข้นตั้งแต่ 100 ไมโครกรัมต่อลิตร จนถึงระดับเปอร์เซ็นต์
- 1.1.2. สามารถวิเคราะห์สารตัวอย่างที่มีความเข้มข้นต่างกันมากๆ ในคราวเดียวกันได้โดยการเทียบกราฟมาตรฐานเพียงชุดเดียว
- 1.1.3. สามารถวัดการคายคลีนแสงที่เกิดขึ้นได้พร้อมกันทุกราดใหญ่ (เมื่อวิเคราะห์อย่างน้อย 20 ราดใหญ่ใน 1 ครั้ง) ในคราวเดียวกัน โดยใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที (นับเวลาตั้งแต่สั่งโปรแกรมวิเคราะห์ตัวอย่างจนกระทั่งได้ผลการวิเคราะห์ครบถ้วน)

1.2. ระบบการจุดและควบคุมพลาasma (Plasma ignition and control)

- 1.2.1. แหล่งกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุ (RF Generator) แบบ Solid state ชนิด Free-Running ทำงานที่ความถี่ประมาณ 27 MHz หรือประมาณ 40 MHz
- 1.2.2. สามารถปรับ RF power ได้ในช่วง 750 ถึง 1500 วัตต์หรือกว้างกว่า
- 1.2.3. ระบบจุดพลาasma เป็นแบบอัตโนมัติ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
- 1.2.4. มีระบบควบคุมความปลอดภัย (Safety Interlock) และมีการรายงานระบบที่ผิดปกติบนจอภาพ
- 1.2.5. มีระบบหล่อเย็น (Cooling System) เป็นระบบน้ำหมุนเวียน
- 1.2.6. สามารถทำงานด้วยการใช้แก๊สอาร์กอน (99.995%) เพียงชนิดเดียว

1.3. ระบบควบคุมการไหลของแก๊ส (Gas Flow Controls)

ควบคุมการทำงานของแก๊สแบบ Mass Flow Controller สามารถปรับอัตราการไหลได้จากคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้

- 1.3.1. Plasma gas สามารถปรับอัตราการไหลได้ในช่วง 8 – 20 ลิตรต่อนาทีหรือกว้างกว่า โดยสามารถปรับละเอียดได้ 0.1 ลิตรต่อนาทีหรือน้อยกว่า
- 1.3.2. Auxiliary gas สามารถปรับอัตราการไหลได้ในช่วง 0 – 2 ลิตรต่อนาทีหรือกว้างกว่า โดยสามารถปรับละเอียดได้ 0.01 ลิตรต่อนาทีหรือน้อยกว่า
- 1.3.3. Nebulizer gas สามารถปรับอัตราการไหลได้ในช่วง 0 – 1.5 ลิตรต่อนาทีหรือกว้างกว่า โดยสามารถปรับละเอียดได้ 0.01 ลิตรต่อนาทีหรือน้อยกว่า

1.4. ระบบควบคุมมุมมองของพลาasma (Plasma viewing)

- 1.4.1. คบพลาasma (Torch) อยู่ในแนวตั้ง
- 1.4.2. เลือกรูปแบบในการวัดได้ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ ดังนี้ แบบแนวตั้ง (Axial view) แบบแนวอน (Radial view) แบบสองมุมมอง (Dual view หรือ Axial View ต่อเนื่องด้วย

Radial View) และวัด Axial view และ Radial view ได้พร้อมกันโดยรายงานค่าของ การวัด Axial view และ Radial view ในเวลาต่างกันไม่เกิน 3 วินาที และสามารถปรับตำแหน่งการ มองพลาสม่าด้วยคอมพิวเตอร์

1.4.3.ระบบกำจัด Interference บริเวณปลายพลาasma (Plasma tail, cooler zone) เป็นแบบ Cool Cone Interface หรือแบบ Shear gas ที่ใช้อากาศจากปั๊มลม

1.5.ระบบการนำเข้าสารตัวอย่าง (Sample Introduction System)

1.5.1.คบพลาasma (Torch) ทำจาก Quartz สามารถถอดเปลี่ยนได้

1.5.2.Torch สามารถปรับตำแหน่ง (Automatic align) แบบอัตโนมัติ และเชื่อมต่อกับแหล่งจ่าย แก๊สได้โดยอัตโนมัติ

1.5.3. Spray Chamber เป็นแบบ Cyclonic ทำจากแก้วหรือ PTFE

1.5.4. Nebulizer เป็นแบบ Concentric ทำจากแก้วหรือ PTFE

1.5.5. Peristaltic Pump เป็นแบบไม่น้อยกว่า 4 Channel ควบคุมความเร็วในการดูดสารละลาย ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

1.5.6.ระบบฉีดสารตัวอย่างเป็นแบบอัตโนมัติ และควบคุมอัตราการไหลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

1.6. Spectrometer

1.6.1.ระบบการอ่านสัญญาณแบบ Simultaneous

1.6.2.ระบบการแยกแสง (Optical System) เป็นแบบ Polychromator ชนิด Echelle หรือแบบ Double-Spectrometer

1.6.3.ใช้งานได้ในช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 170-700 นาโนเมตรหรือกว้างกว่า

1.6.4.Resolution มีความละเอียด 0.01 นาโนเมตรหรือน้อยกว่า ที่ความยาวคลื่นประมาณ 200 นาโนเมตร

1.6.5.ส่วนประกอบของ Optical ไม่มีการเคลื่อนที่ และมีระบบควบคุมอุณหภูมิ

1.6.6.ระบบตรวจจับสัญญาณ (Detector) เป็นแบบ Charge-Coupled Device (CCD) หรือ Segmented-array Charge-coupled Device (SCD) หรือ Charge-Injection device (CID) หรือ Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)

2. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

2.1. เครื่องดูดสารตัวอย่างอัตโนมัติ (Auto sampler) ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียด ดังนี้

2.1.1.แขนกลสามารถเคลื่อนที่ได้ในแนวแกน X, Y และ Z หรือ X, Z และ Theta (แกนหมุน)

2.1.2.ถอดบรรจุขวดบรรจุสารตัวอย่างได้มีน้อยกว่า 90 ตัวอย่าง

2.1.3.ถอดบรรจุขวดสารมาตรฐาน แยกจากถอดบรรจุตัวอย่าง บรรจุสารละลายมาตรฐานได้มีน้อย กว่า 20 หลอดพร้อมกัน

2.1.4.มีอุปกรณ์ครอบที่สามารถต่อเข้าระบบบายอากาศเสียง ช่วยป้องกันไอกรด

2.1.5.ส่วนที่สัมผัสกับตัวอย่างผลิตจากวัสดุที่ปราศจากโลหะ ใช้งานได้กับ กรดไฮโดรฟลูออริก สารละลายอินทรีย์ และตัวอย่างที่มีตะกอนสูง

2.1.6.ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ ด้วยซอฟแวร์เดียวกับเครื่อง ICP-OES

2.1.7.มีระบบคั่นสารละลายด้วยแก๊สอิรริగ์

- 2.2. ชุดวิเคราะห์ Hydride generator สำหรับวิเคราะห์ธาตุ ได้แก่ Hg As และ Se ในระดับความเข้มข้น ต่ำสุดไม่น่ากว่า 10 (ppb) อย่างต่อเนื่อง
- 2.3. ระบบควบคุมการทำงานและประมวลผล
- 2.3.1. มีซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของเครื่องมือสามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows พร้อมลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
 - 2.3.2. ควบคุมการจุดพลาสม่า อัตราการไฟของเก็สอาร์กอน RF power และตำแหน่งการมองพลาสม่า
 - 2.3.3. แสดงธาตุรากวนการวิเคราะห์ได้ในขณะที่ทำการเลือกราตุที่ต้องการวิเคราะห์ ในหน้าเดียวกันของซอฟต์แวร์
 - 2.3.4. มีโปรแกรมขยายช่วงความเป็นเส้นตรง (Linear Dynamic Range) ในการวิเคราะห์ให้กว้างขึ้น สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งความเข้มข้นสูง และต่ำได้ในครั้งเดียว แสดงผลแบบ Real-time
 - 2.3.5. มีวิธีกำจัด Spectral interference และทำ Background correction ได้
 - 2.3.6. เก็บข้อมูลของผลการวิเคราะห์และเรียกกลับมาประมวลผลใหม่ได้ (Reprocess)
- 2.4. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อง ICP-OES จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ หรือดีกว่า และสามารถติดตั้งโปรแกรมในข้อ 2.3 ได้
- 2.4.1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz มีหน่วยความจำ L3 Cache ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB หรือแบบ Smart Cache Memory
 - 2.4.2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - 2.4.3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
 - 2.4.4. มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย
 - 2.4.5. มีเป็นพิมพ์และแม่ส์
 - 2.4.6. มีจอภาพแบบ LED มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
 - 2.4.7. ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมการใช้งานต่างๆ ที่สามารถใช้งานกับเครื่องมือในข้อ 1 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- 2.5. เครื่องพิมพ์ผลชนิดเลเซอร์แบบขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ หรือดีกว่า
- 2.5.1. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1200x600 dpi
 - 2.5.2. ความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- 2.6. แก๊สอาร์กอน (99.995%) พร้อมถังและชุดหัวปรับความดัน จำนวน 2 ชุด
พร้อมทั้งเดินท่อส่งแก๊สแทนเลส จากถังไปยังจุดติดตั้งเครื่องมือ
- 2.7. ชุด Manifold สำหรับสลับถังแก๊สอาร์กอน จำนวน 1 ชุด
- 2.8. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 KVA สำหรับเครื่อง ICP-OES จำนวน 1 เครื่อง
- 2.9. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 VA สำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
- 2.10. ระบบระบายอากาศเสีย (Exhaust Hood System) ทำด้วยสแตนเลสพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
- 2.11. ชุด Argon Humidifier จำนวน 1 ชุด
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับสินค้าในข้อ 1 หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าในข้อ 1 ให้การรับรองว่าสามารถนำมาใช้งานกับตัวเครื่องได้
- 2.12. สายยางสำหรับ Sample channel และ Drain channel สำรอง จำนวน 48 เส้น

2.13. Torch สำรอง ชนิดถอดประกอบได้	จำนวน 2 ชุด
2.14. Outer torch สำรอง	จำนวน 2 ชุด
2.15. Spray chamber สำรอง ชนิด Double Pass Cyclonic	จำนวน 1 ชุด
2.16. Spray chamber สำรอง ชนิด Single Pass Cyclonic	จำนวน 1 ชุด
2.17. Nebulizer สำรอง ที่ร่องรับตะกอนได้สูงไม่น้อยกว่า 25%	จำนวน 1 อัน
2.18. ชุดป้อนสารละลายน้ำตราชูนภัยในแบบออนไลน์	จำนวน 1 ชุด
2.19. สารละลายน้ำตราชูนภัยสำหรับเทียบมาตรฐานของเครื่อง ที่มีองค์ประกอบของธาตุอย่างน้อย สังกะสี ทองแดง แคนเดเมียม นิกเกิล แบปรายม ตะกั่ว แมงกานีส โคโรเมียม ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตรต่อขวด พร้อมในรับรอง มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี	จำนวน 1 ขวด
2.20. สารละลายน้ำตราชูนภัยในแบบ ที่มีองค์ประกอบของธาตุอย่างน้อย สังกะสี ทองแดง แคนเดเมียม นิกเกิล แบปรายม ตะกั่ว แมงกานีส โคโรเมียม ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 มิลลิลิตรต่อขวด พร้อมในรับรอง มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี ที่ต่างยี่ห้อ หรือห้องต่าง Lot No. กับข้อ 2.19	จำนวน 1 ขวด
2.21. สารละลายน้ำตราชูนภัยในผสม	จำนวน 1 ขวด
2.22. สารมาตรฐานอ้างอิง Standard Reference Material No 1643f	จำนวน 1 ขวด
2.23. หลอดบรรจุตัวอย่างใช้งานกับ Auto sampler ขนาดไม่น้อยกว่า 10 มิลลิลิตร จำนวน 250 หลอด	
2.24. หลอดบรรจุสารละลายน้ำตราชูนภัยใช้งานกับ Auto sampler ขนาดไม่น้อยกว่า 45 มิลลิลิตร จำนวน 25 หลอด	
2.25. ภาชนะบรรจุหลอดทดลองสำหรับชุดป้อนสารอัตโนมัติ	จำนวน 8 ชุด
2.26. ตัวชี้ขนาดที่เหมาะสมสำหรับวงเครื่อง	จำนวน 1 ตัว
2.27. ตัวชี้วัดความพิเศษและเครื่องพิมพ์	จำนวน 1 ตัว
2.28. เก้าอี้	จำนวน 2 ตัว

3. เงื่อนไขอื่นๆ

- 3.1. ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.2. ส่งมอบเครื่องมือ ณ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี
- 3.3. กำหนดส่งมอบ 120 วัน
- 3.4. ทำการติดตั้งเครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และทดลองจนสามารถใช้งานได้ดี
- 3.5. ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ ให้สามารถใช้งานเครื่องได้
- 3.6. มีหลักฐานแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
- 3.7. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข้อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
- 3.8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- 3.9. คุ้มสัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คุ้มสัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- 3.10. กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะทำสัญญามែื่อยได้รับจัดสรรเงินประจำงวดของปีงบประมาณ 2561 แล้ว เท่านั้น
- 3.11. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะ (ICP-OES) รุ่นที่เสนอต้องเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง และไม่มีการดัดแปลงแก้ไข สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการผลิตและจำหน่ายจริง และมีปรากฏบน เว็บไซต์ของบริษัทผู้ผลิต
- 3.12. เอกสารที่นำมาประกอบการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ (ในข้อ 1) ต้องเป็นเอกสารที่มีการตีพิมพ์ และเผยแพร่โดยบริษัทผู้ผลิตตัวเครื่อง และสามารถ Download ได้จาก website ของบริษัทผู้ผลิต
- 3.13. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะของเครื่อง ที่แสดง ผลการวิเคราะห์ทดสอบจริง (Raw Data) ที่พิมพ์มาจากตัวเครื่องยี่ห้อและรุ่นเดียวกันกับที่เสนอ สำหรับพิสูจน์ความสามารถในการวิเคราะห์ ในหัวข้อดังนี้
- 3.13.1. วิเคราะห์ธาตุจำนวน 20 ธาตุ ใช้เวลาไม่นานกว่า 60 วินาทีต่อตัวอย่าง และให้ ค่า Repeatability ไม่เกิน 2% RSD โดยมีสภาวะการทดสอบดังต่อไปนี้
- 3.13.2. ทำการทดสอบความสามารถของเครื่องโดยการวิเคราะห์หาค่าต่ำสุด (LOQ, 10SD) ของ เครื่องสำหรับธาตุดังต่อไปนี้ As 15 ppb, Ba 10 ppb, Cd 10 ppb, Cr 10 ppb, CU 10 ppb, Fe 10 ppb, Hg 10 ppb, Mn 10 ppb, Ni 10 ppb, Pb 20 ppb, Se 20 ppb, Zn 10 ppb ภายใต้สภาวะการวิเคราะห์โดยการฉีดสารละลายเข้าไปในเครื่องโดยตรง ไม่ผ่าน ปฏิกิริยาไไซไดร์ต์ (สำหรับ As, Hg, Se)
- ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของเครื่องที่ใช้ทำการวิเคราะห์ทดสอบ เช่น ยี่ห้อ รุ่น สถานที่ตั้งของ เครื่อง สภาวะแวดล้อมในการใช้งานเครื่อง ผู้ทำการวิเคราะห์ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับประกอบการ พิจารณา
- 3.14. ในวันที่ส่งมอบและติดตั้งเครื่องมือ ผู้เสนอราคาต้องทดสอบการทำงานของเครื่องมือ ดังนี้
- 3.14.1. แสดงผลที่ได้ที่ผ่านเกณฑ์ตามความสามารถ (Performance) ของเครื่องมือ
- 3.14.2. ทำการทดสอบสารมาตรฐานอ้างอิง Standard Reference Material No 1643f อย่าง น้อย 7 ชิ้น โดยอย่างน้อย 10 ธาตุ ได้แก่ As, Cd, Cr, CU, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, Zn ซึ่งผล การวิเคราะห์ต้องผ่านเกณฑ์ตามใบบอร์ของสารนั้น และความแม่นยำต้องน้อยกว่าหรือ เท่ากับ 5 เปอร์เซ็นต์ (%RSD)
- 3.14.3. ทดสอบการใช้งานรองรับตัวอย่างที่มี Total dissolved solids (TDS) ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ โดยทำการวิเคราะห์สารมาตรฐาน (Multi element Standard) ความเข้มข้น ประมาณ 100 ไมโครกรัมต่อลิตร ที่เตรียมในน้ำเกลือความเข้มข้น 25% อย่างต่อเนื่องไม่น้อย กว่า 4 ชั่วโมง ซึ่งผลการวิเคราะห์ต้องผ่านเกณฑ์ตามใบบอร์ของสารนั้น และความแม่นยำ ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 เปอร์เซ็นต์ (%RSD) ภายใต้สภาวะการทดสอบที่ไม่มีการหยุดล้าง ระบบ ปรับเทียบเครื่อง หรือเปลี่ยน Torch ใหม่
- 3.15. รับประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องที่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็น เวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ
- 3.16. บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001